

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴永春
	职称: 副高
	工作单位: 井冈山大学
项目信息	项目名称: 吉安市中心人民医院电切内窥镜采购
	供应商名称: 赣州康茂医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>电切内窥镜为等离子双极电切电凝系统的配件, 当前医院使用的等离子双极电切电凝系统为司迈品牌, 为保证产品的兼容性 and 适配性, 建议采购同品牌的电切内窥镜。该供应商为江西省司迈品牌唯一被授权代理, 建议采用单一来源采购向该供应商采购电切内窥镜。</p>
专业人员签字	<p>吴永春</p> <p>日期: 2025年11月19日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋红斌
	职称: 副主任医师
	工作单位: 吉安市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 吉安市中心人民医院电切内窥镜采购
	供应商名称: 赣州康茂医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>1、原主机为玉米海部五 科技有限公司生产的 离子双极电切电凝系统。</p> <p>2、此次采购主机为进口产品 配件均用进口配件。</p> <p>3、为多线经内镜电切电凝 系统、经临床、正常使用者 证实该主机与原厂主机 兼容性好且使用寿命长 系统每一套主机系统均。</p>
专业人员签字	<p>蒋红斌</p> <p>日期: 2025年11月19日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周燕婷.
	职称: 主任
	工作单位: 井冈山大学.
项目信息	项目名称: 吉安市中心人民医院电切内窥镜采购
	供应商名称: 赣州康茂医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>SM系列等离子双极电切系统为珠海市司迈科技有限公司制造, 电切内窥镜为该产品的配件, 用同类产品可以实现功能完善, 性能稳定, 有效降低出错概率, 具有不可替代性即具有唯一性。</p> <p>该供应商为珠海市司迈科技有限公司在江西的唯一授权代理商, 具有唯一性。</p> <p>综上, 建议采用单一来源方式向该供应商采购。</p>
专业人员签字	<p>周燕婷</p> <p>日期: 2025年11月19日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。