单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	
	职称：	
	工作单位：	
项目信息	项目名称：	
	供应商名称：	
专业人员论证意见		
专业人员签字		日期 2026 年 11 月 20 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：主任医师	
	工作单位：[illegible]中心人民医院	
项目信息	项目名称：万[illegible]中医院64排CT配件采购项目	
	供应商名称：国药医工（江西）医学工程技术有限公司	
专业人员论证意见	医院目前设备是万门子64排128层螺旋CT机，现CT球管已无法正常工作，需更换球管。本项目球管为现有CT主机主属注册配套核心部件，受主有技术、考机注册、放射安全、医检规范多重约束，仅可由原厂授权供应商供货，手间非原厂球管存在设备检毁、图像失真、辐射超标，安全大风险，为保障临床修改作用、放射安全、与设备稳定运行。同意本项目采用单一来源方式采购	
专业人员签字	[illegible]	日期 2026 年 11 月 20 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘和平	
	职称：主任技师	
	工作单位：去安市第三人民医院	
项目信息	项目名称：万安县中医院64排CT配件采购项目.	
	供应商名称：国药医工(上海)医学工程技术有限公司	
专业人员论证意见	此西门子螺旋CT(64排128层)球管已使用多年，现经常定检测确定已损坏，需要更换。该球管为此CT的核心配件，必须与原CT整机(德国SOMATOM go top)厂家产的球管才能完全匹配，图像才能更清晰、辐射性也小，图像更佳，目前市场上尚无可替代的球管、匹配技术不能要求。 建议单一来源采购。	
专业人员签字	刘和平	日期 2026 年 11 月 20 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App